

Ogłoszenie nr 2023-50715-158729

Dostawa sprzętu do EEG Biofeedback dla projektu Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruści współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 2

Pytanie numer 1, data wysłania 2023-05-18 14:51:52, data opublikowania 2023-05-22

1. PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Przedmiotu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz instalację zdalną urządzenia?

2. PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści urządzenie 3 lub 5 kanałowe?

UZASADNIENIE

Z opisu urządzenia w OPZ Zamawiający wymaga aby Przedmiot Zamówienia posiadał 1 kanał EKG.

Taki kanał posiadają urządzenia 3 lub 5 kanałowe. Urządzenia 2 i 4 kanałowe nie posiadają kanału EKG.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Przedmiotu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz instalację zdalną urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści urządzenie 3 lub 5 kanałowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń 3 i 5 kanałowych, jedynie 2-kanałowe, ponieważ nastąpiła oczywista pomyłka pisarska (błąd kopiowania) i zdanie w OPZ powinno brzmieć:

"2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych." - bez uwag dotyczących kanału EKG.

Pytanie numer 2, data wysłania 2023-05-19 11:35:03, data opublikowania 2023-05-22

3 Pytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści OPZ pkt 1; "2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych [4 kanały EEG lub 2 kanały EEG + 1 kanał EKG]"

Zamawiający w SWZ i OPZ wymaga Urządzenia 2 kanałowego.

W zapisie OPZ Zamawiający zaznaczył dodatkowo urządzenie z 4 kanałami EEG.

Prosimy o doprecyzowanie ilości kanałów wymaganych przez Zamawiającego.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zdanie w OPZ powinno brzmieć:

"2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych." - bez uwag dotyczących kanału EKG.
